


# 停電発生(バッテリ作動)時の対応



※1 バッテリの充電量及び切替動作の確認を月1回程度行ってください

※2 バッテリ駆動時間の目安：約1時間（コンプレッサー作動時） 約4時間以上（コンプレッサー非作動時）