

コンパクトSpO₂センサ


ディスポオキシプローブ



トップクラスの測定性能と低価格を実現した コンパクトSpO₂センサ

新生児・幼児・小児・成人のより細かい患者のクラス分けが可能に
患者負担を軽減する伸縮性に優れた不織布素材を使用したタイプを用意
CE等の国際基準を取得した海外で実績がある高品質製品

メダプラスト(成人指用)



成人30kg以上

対象患者	対応メーカー	型番	コード長
成人 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-W09AA	90cm
		SSD-043-W16AA	160cm
	GE Healthcare	SSD-018-W09AA	90cm
		SSD-019-W09AA	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-W09AA	90cm


メダプラスト(小児指用)



小児10～50kgの手指

対象患者	対応メーカー	型番	コード長
小児用 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-W09PP	90cm
		SSD-043-W16PP	160cm
	GE Healthcare	SSD-018-W09PP	90cm
		SSD-019-W09PP	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-W09PP	90cm

メダプラスト(成人指/新生児足趾用)



成人40kg以上の手指



新生児3kg以下足趾

対象患者	対応メーカー	型番	コード長
成人/新生児 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-W09AN	90cm
		SSD-043-W16AN	160cm
	Nonin	SSD-040-W09AN	90cm
		SSD-018-W09AN	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-W09AN	90cm

メダプラスト(幼児3-20kg幼児足指用)



幼児3～20kgの足手指

対象患者	対応メーカー	型番	コード長
成人/新生児 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-W09II	90cm
		SSD-043-W16II	160cm
	GE Healthcare	SSD-018-W09II	90cm
		SSD-019-W09II	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-W09II	90cm

ラップセンサ(成人指/新生児足指用)



成人40kg以上の手指



新生児3kg以下足趾



対象患者	対応メーカー	型番	コード長
成人/新生児 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-S09AN	90cm
		SSD-043-S16AN	160cm
	GE Healthcare	SSD-018-S09AN	90cm
		SSD-019-S09AN	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-S09AN	90cm

ラップセンサ(小児指/幼児足指用)



小児10-50kgの手指



乳児3-20kg足指



対象患者	対応メーカー	型番	コード長
幼児 (24本/箱)	日本光電	SSD-043-S09PI	90cm
		SSD-043-S16PI	160cm
	GE Healthcare	SSD-018-S09PI	90cm
		SSD-019-S09PI	90cm
	Nellcor	SSD-001XC-S09PI	90cm

メーカー	コネクタ形状	型番
日本光電		043シリーズ SSD-043-XXXXX

メーカー	コネクタ形状	型番
GE Healthcare		018シリーズ SSD-018-XXXXX
		019シリーズ SSD-019-XXXXX

メーカー	コネクタ形状	型番
Nonin		040シリーズ SSD-040-XXXXX
Nellcor		001XCシリーズ SSD-001XC-XXXXX

※コード長の誤差は±10%です。※本カタログ記載の形状、仕様は予告なく変更することがあります。※このカタログに記載されている各メーカー名および製品番号は、各該当製造会社殿の登録された名称または商標です。またOrantechが該当各社の保証を得ているもしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。

販売名: ディスポ オランテックセンサ
一般名称: 単回使用パルスオキシメータプローブ

クラス分類: I
医療機器届出番号: 13B1X00143000364

製造業者

Orantech

HomePage: <https://orantech.com/>

製造販売業者



株式会社 アイビジョン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13
お茶の水ウイングビル7F
Tel: 03-5615-8612 Fax: 03-5615-8613
HomePage: <http://www.aivision.co.jp/>



お問い合わせは _____